



山东省计量科学研究院

Shandong Institute of Metrology

第 1 页 共 3 页

校准证书

Calibration Certificate



证书编号: [REDACTED]

Certificate No.

委托单位名称: 山东盛康电气有限公司

Name of Customer

地址: 淄博市高新区政通路

Address

计量器具名称: 全自动界面张力测定仪

Name of Instrument

制造商: 武汉特高压电力科技有限公司

Manufacturer

型号/规格: HTYZL-H

Type/Specification

编号: SCZL202-2020170

No.

校准依据: JJF1464-2014 界面张力仪校准规范

Reference

Documents

for the Calibration

发证单位(专用章): [Red Seal]

Issued by (stamp)

校准: 张森

Calibrated by

核 验: [Red Seal]

Checked by

批 准: 许爱华

Approved by

职 务: 副所长

Functions

校准日期: 2022 年 09 月 21 日

Date of Calibration

2022 年 09 月 21 日
Year Month Day

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

网址 (Web): www.sdim.cn

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: [REDACTED]

Certificate No.

校准所使用的主要标准器 (或标准装置)

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
三等砝码	1 mg~200 g	F2 等	F03-20220010	2023-09-30

本次校准所使用的主要标准器 (或标准装置) 均溯源至国家计量基准

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温度: 21 °C
Temperature

湿度: 49 %RH
Humidity

其它: /
Others

地点: 千佛山园区实验室
Location

敬告:

- 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
- 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



证书编号: [REDACTED]

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

1. 示值误差: -0.06%

不确定度: $U_{rel} = 0.16\%$ $k=2$

2. 零点漂移: 0.0 mN/m

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。