



# 检定证书

Verification certificate

证书编号: [REDACTED]

Certificate No.

送检单位: 神华国能山东建设集团有限公司  
Applicant

计量器具名称: 水内冷发电机绝缘电阻测试仪  
Name of Instrument

型号/规格: HT2678  
Type/Specification

出厂编号: 130278  
Serial No.

制造单位: 武汉特高压电力科技有限公司  
Manufacturer

检定依据: JJG1005-2005 电子式绝缘电阻表检定规程  
Verification Regulation

检定结论: 10.0 级  
Conclusion

批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: [Signature]  
Checked by

检定员: [Signature]  
Verified by

(检定专用章)

(Stamp)

检定日期: 2022 年 08 月 08 日  
Date of Verification Year Month Day

有效期至: 2023 年 08 月 07 日  
Valid until Year Month Day



# 山东省计量科学研究所检定证书

## Verification certificate of SDIM

证书编号: [REDACTED]

Certificate No.

本单位是依法设置的国家法定计量检定机构, 经国家质量监督检验检疫总局授权。授权证书号为(国)法计(2012)01024号。并通过中国合格评定国家认可委员会认可, 认可证书号为L0854号。本证书出具的数据通过国家计量检定系统可溯源至国家计量基(标)准。

### 检定所使用的计量(基)标准装置

Standards of measurement used in the verification

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty or accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定装置	100Ω ~ 100GΩ; (0~10)kV	MPE: 电阻 ±(0.2~5.0)%; 电压: ±(0.002~1.0)%	[2007]鲁量标证字第114号	2025-10-03

### 检定的环境条件及地点:

Environmental condition/ location for the verification

温度: 21.0 °C

Temperature

湿度: 45 %RH

Humidity

其它: /

Others

地点: /

location

\*未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。  
\*本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效。



证书编号: [REDACTED]

Certificate No.

### 检定结果

Verification Results

- 一、外观检查: 符合要求
- 二、显示能力: 合格
- 三、绝缘电阻: 合格
- 四、电阻示值:

量程: 2500V	
刻度值(MΩ)	实测值(MΩ)
50	49.8
100	100
200	202
500	495
1000	994
2000	1990
5000	5060
10000	10200

- 五、电压测量:

标称值(V)	2500
开路测量实际值(V)	2562
跌落电压实际值(V)	2560

以下空白

\*未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。

\*本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效。