ZZtest

广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun TestingCo.,Ltd.

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0239

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：24KA0123631405

客户名称：Name of Customer	武汉承试电力工程有限公司
客户地址：Address of Customer	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋
计量器具名称：Name of Inetrument	接地引下线测试仪
规格/型号：Type/Specification	UHV-810
制造单位：Manufacturer	武汉特高压电力科技有限公司
出厂编号：Serial No	2402406
管理编号：Regulation Number	/

广东中准检测有限公司 证书专用章

(证书专用章) Stamp

委托日期 Received Date	2024 年 Year 08 月 Mon 13 日 Day	批准人 Approued by	廖守峰
		职务 Post	工程师
校准日期 Calibrationg Date	2024 年 Year 08 月 Mon 14 日 Day	核验员 Checked by	刘石柏
签发日期 Issue Date	2024 年 Year 08 月 Mon 15 日 Day	校准员 Calibrated by	于也

地址：深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add：Xili Shahexi Road No.5298,BaiwongR＆Dcentre,Building1,
11F,room1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
邮编（POST）：518057
电话（Tel）：0755-26718332
E-mail:ad@zztest.com.cn
传真（Fax):0755-26544550
网址（Wet）：http://www.zztest.com.cn

校 准 说 明

Directions of Calibration

证书编号：23KA0123631405
Certificate No.

1.本证书校准结果只与被校准仪器有关，带“*”号的校准项目或参数不在本公司试验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment,Calibration items or paramenter with“*”is beyond the scope of our laboratory accreditation.

2.本次校准的技术依据：

Reference documents for the calibartion.

JJG1052-2009回路电阻测试仪、直阻仪检定规程

3.本次校准检测所使用的主要计量标准器具：

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差或准确度等级 Uncertainty/Accuracy Class Maximum Permissible Errors	设备编号 Certificate No	证书号/溯源单位 CertificateNo/Tracealility to	有效日期 Due Date
数字高压表	/	67074	RYJ202404082 华南国家计量测试中心	2024-8-17

4.校准/检测地点、环境条件：

Place and environmental conditions of the calibration/inspection.

校准地点： 本公司实验室

Operation Location.

环境条件： 温度：23.5℃ 湿度：65%RH

Operation Environment.

5.建议下次校准日期为： 2025 年 04 月 13 日

Next calibration date is recommended.

6.校准结果： 所校准项目符合技术要求/Calibrated project meets technical requirements Calibration results.

校 准 结 果

Results of Calibration

证书编号：24KA0123631405
Certificate No.

1.外观检查： 符合

2. 电阻误差的校准：

标准值	示值	误差	允差	结论
(mΩ)	(mΩ)	(%)	(%)	(P/F)
10	9.99	-0.11	±5	P
20	19.90	-0.48	±5	P
50	49.88	-0.25	±5	P
80	79.86	-0.17	±5	P
100	99.81	-0.19	±5	P
120	119.98	-0.01	±5	P
150	149.91	-0.06	±5	P
200	199.81	-0.09	±5	P

3. 电流误差的校准：

标准值	示值	误差	允差	结论
(A)	(A)	(%)	(%)	(P/F)
10	9.98	-0.19	±5	P
15	14.87	-0.87	±5	P
20	19.85	-0.76	±5	P
25	24.88	-0.46	±5	P
30	29.91	-0.29	±5	P
35	34.92	-0.22	±5	P
40	39.98	-0.06	±5	P

检测有限公司
专用章

备注（Notes）：

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子k。
The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k.

U_{rel}=0.5%，k=2

2.依据（Reference document)

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示
(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)
(The below is blank)